Temperature Compensation Chart

10-Second Dip Time

Because the temperature of the tested water affects the result, adjust the dip time according to the table below.

Temperature (°C / °F)	Dip Time (seconds)	Temperature (°C / °F)	Dip Time (seconds)
0°C / 32°F	**40**	21°C / 70°F	**12**
1°C / 34°F	**38**	22°C / 72°F	**11**
2°C / 36°F	**36**	23°C / 73°F	**10**
3°C / 37°F	**34**	24°C / 75°F	**10**
4°C / 39°F	**32**	25°C / 77°F	**10**
5°C / 41°F	**30**	26°C / 79°F	**9**
6°C / 43°F	**28**	27°C / 81°F	**9**
7°C / 45°F	**27**	28°C / 82°F	**9**
8°C / 46°F	**26**	29°C / 84°F	**8**
9°C / 48°F	**25**	30°C / 86°F	**8**
10°C / 50°F	**24**	31°C / 88°F	**8**
11°C / 52°F	**23**	32°C / 90°F	**8**
12°C / 54°F	**22**	33°C / 91°F	**8**
13°C / 55°F	**20**	34°C / 93°F	**7**
14°C / 57°F	**19**	35°C / 95°F	**7**
15°C / 59°F	**18**	36°C / 97°F	**7**
16°C / 60°F	**17**	37°C / 99°F	**7**
17°C / 62°F	**16**	38°C / 100°F	**7**
18°C / 64°F	**15**	39°C / 102°F	**7**
19°C / 66°F	**14**	40°C / 104°F	**6**
20°C / 68°F	**13**		

Note: Measure the temperature of the water sample within ±2°C / ±4°F.

© 2018 Industrial Test Systems, Inc.